

## 1. NAZIV AKREDITIRANOG TIJELA

**Preciz d.o.o. Mostar**  
**Inspeksijsko tijelo tip C**  
**Bišće Polje bb 88000 Mostar**

## 2. STANDARD

BAS EN ISO/IEC 17020:2013

## 3. PODRUČJE AKREDITACIJE

R.B.	Područje i podpodručje	Opis
1.	IN 18 - Mjerni uređaji IN 18.4 - Mjerila mase	

TABELA – DETALJNO PODRUČJE AKREDITACIJE (klasifikacija prema dokumentu OD 07-40)

Područje rada:		IN 18 - Mjerni uređaji		
Podpodručje rada:		IN 18.4 - Mjerila mase		
Opis:				
Broj	Predmet inspekcije	Obim inspekcije	Faza inspekcije	Metode / Procedure
M001	Vage s neautomatskim funkcionisanjem	Klase tačnosti: - (I) do 1 kg - (II) do 6 kg - (III) i (IV) do 60 t uz upotrebu zamjenskog tereta*  *uz uvjet ponovljivosti $\leq 0,3 e$	Redovna Vanredna	- Naredba o neautomatskim vagama, („Službeni glasnik BiH“ br. 47/11)  - OIML R-76-1:2006, tč. 8.3.2 i 8.3.3  - BAS EN 45501:2016
M002	Vage za građevinske svrhe	Klase tačnosti 1, 2, 3 do 10 t	Redovna Vanredna	- Pravilnik o metrološkim uslovima za mjerila mase - vage za građevinske svrhe („Sl. list SFRJ“, br. 19/86)  - RU-02, Inspekcija vaga za građevinske svrhe
M003	Automatske gravimetrijske vage za punjenje	do 5000 kg	Redovna Vanredna	Pravilnik o mjeriteljskim uslovima za automatske vage Sl.Glasnik BiH br. 26/18 - OIML R 61-1:2017 (E)

Direktor  
mr.sc. Dražan Primorac

