

1. NAZIV AKREDITIRANOG TIJELA

**KJKP Toplane Sarajevo d.o.o. – Služba Laboratorija – Odjel
Inspeksijsko tijelo Tip C za inspekciju mjerila toplotne energije
Ul. Semira Frašte 22
71000 Sarajevo**

2. STANDARD


BAS EN ISO/IEC 17020:2013

3. PODRUČJE AKREDITACIJE

R.B.	Područje i podpodručje	Opis
1.	IN 18 - Mjerni uređaji IN 18.7 - Mjerila toplotne energije	

TABELA – DETALJNO PODRUČJE AKREDITACIJE (klasifikacija prema dokumentu OD 07-40)

Područje rada:		IN 18 - Mjerni uređaji		
Podpodručje rada:		IN 18.7 - Mjerila toplotne energije		
Opis:				
Broj	Predmet inspekcije	Obim inspekcije	Faza inspekcije	Dokumenti
M001	Mjerila toplotne energije-kombinovana	<i>Mjerni opseg:</i> DN: - (15 do 150) mm nazivnog protoka do 150 m ³ /h; Temperatura: - (20 do 300) °C Temperaturna razlika: (2 do 180) K	- Prva - Redovna - Vanredna	Pravilnik o mjeriteljskim uslovima za mjerila toplotne energije (Službeni glasnik BiH br. 26/2018). OIML R 75-2:2002 kombinovana mjerila
M002	Mjerila toplotne energije-hibridna	<i>Mjerni opseg:</i> DN: - (15 do 150) mm nazivnog protoka do 150 m ³ /h; Temperatura: - (20 do 300) °C Temperaturna razlika: (2 do 180) K	- Prva - Redovna - Vanredna	Pravilnik o mjeriteljskim uslovima za mjerila toplotne energije (Službeni glasnik BiH br. 26/2018). OIML R 75-2:2002 hibridna mjerila
M003	Mjerila toplotne energije-elektronske računске jedinice (izuzev kompaktnih mjerila)	<i>Mjerni opseg:</i> Temperatura: (-2 do 192) °C Temperaturna razlika: (2 do 180) K	- Prva - Redovna - Vanredna	Pravilnik o mjeriteljskim uslovima za mjerila toplotne energije (Službeni glasnik BiH br. 26/2018). OIML R 75-2:2002 Elektronske računске jedinice (izuzev kompaktnih mjerila)



4. STALNE LOKACIJE INSPEKCIJSKOG TIJELA

RB	Lokacija	Područje rada	Metode/Specifikacije
1.	KJKP „Toplane-Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo Ul. Semira Frašte 22 71000 Sarajevo Tel: 033/450-030; Matična organizacija	-	-
2.	KJKP „Toplane-Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo Služba Laboratorija – Odjel Inspekcijско tijelo Tip C za inspekciju mjerila toplotne energije Ul. Džemala Bijedića do 72 71000 Sarajevo Tel: 033/650-406 Email: sanela.muhovic@toplanesarajevo.ba Inspekcijско tijelo	IN 18 - Mjerni uređaji IN 18.7 - Mjerila toplotne energije	M001, M002 i M003



Direktor

mr.sc. Dražan Primorac