

## 1. NAZIV AKREDITIRANOG TIJELA

**"BL-OMIKRON" d.o.o. Banja Luka**  
**Inspeksijsko tijelo tip C**  
Ilije Garašanina bb  
78000 Banja Luka

## 2. STANDARD

BAS EN ISO/IEC 17020:2013

## 3. PODRUČJE AKREDITACIJE

R.B.	Područje i podpodručje	Opis
1.	IN 18 - Mjerni uređaji IN 18.4 - Mjerila mase	

Detaljno područje akreditacije (klasifikacija prema dokumentu OD 07-40)

Područje rada:		IN 18 - Mjerni uređaji		
Podpodručje rada:		IN 18.4 - Mjerila mase		
Opis:				
Broj	Predmet inspekcije	Obim inspekcije	Faza inspekcije	Metode / Procedure
M001	Vage sa neautomatskim funkcionisanjem	Klase tačnosti: • (II) 15 kg • (III) i (III) do 60 t uz upotrebu zamjenskog tereta uz uslov ponovljivosti $\leq 0,3$	• Redovna inspekcija • Vanredna inspekcija	- Naredba o neautomatskim vagama (Službeni glasnik BiH br.47/11); - OIML R 76-1:2006. tč 8.3.2 i 8.3.3; - BAS EN 45501:2016, Metrološki aspekti vaga sa neautomatskim funkcionisanjem, tč 8.3.2 i 8.3.3.
M002	Vage za građevinske svrhe	Klase tačnosti 1, 2, 3 • do 10 t	• Redovna inspekcija • Vanredna inspekcija	- Pravila koja se odnose na metrološke karakteristike vaga za građevinske svrhe (Sl. list SFRJ, br. 19/86), - RU-7.1-5, Radno upustvo za verifikaciju vaga za građevinske svrhe.

Direktor

mr.sc. Dražan Primorac

