

## 1. NAZIV AKREDITIRANOG TIJELA

**TAS-KOMERC d.o.o. Brčko**  
**Inspeksijsko tijelo tip C**  
**Plazuljska 18**  
**76100 Brčko**

## 2. STANDARD

BAS EN ISO/IEC 17020:2013

## 3. PODRUČJE AKREDITACIJE

R.B.	Područje i podpodručje	Opis
1.	IN 18 - Mjerni uređaji IN 18.4 - Mjerila mase	


TABELA – DETALJNO PODRUČJE AKREDITACIJE (klasifikacija prema dokumentu OD 07-40)

Područje rada:		IN 18 - Mjerni uređaji		
Podpodručje rada:		IN 18.4 - Mjerila mase		
Opis:				
Broj	Predmet inspekcije	Obim inspekcije	Faza inspekcije	Metode / Procedure
M001	Vage sa neautomatskim funkcionisanjem	Klasa tačnosti: - (I) do 610 g - (II) do 12 kg - (III) do 120 t uz upotrebu zamjenskog tereta - (III) do 60 t	- Redovna inspekcija - Vanredna inspekcija	- Naredba o neautomatskim vagama (Službeni glasnik BiH br.47/11) - OIML R 76-1:2006. - BAS EN 45501:2016, Metrološki aspekti vaga sa neautomatskim funkcionisanjem
M002	Vage za građevinske svrhe	Klase tačnosti: 1, 2, 3 do 10 t	- Redovna inspekcija - Vanredna inspekcija	- Pravila koja se odnose na metrološke karakteristike vaga za građevinske svrhe (Sl. list SFRJ, br. 19/86) - RU-7.1-2 (Izdanje 1 od 4.5.2019) Radno upustvo za verifikaciju vaga za građevinske svrhe
M003	Automatske vage za pojedinačno mjerenje	do 100 kg	- Redovna inspekcija - Vanredna inspekcija	- Pravilnik o mjeriteljskim uslovima za automatske vage (Sl.Glasnik BiH br.26/18) - OIML R 51-1:2006
M004	Automatske gravimetrijske	do 10 t	- Redovna inspekcija	- Pravilnik o mjeriteljskim uslovima za automatske vage (Sl.Glasnik BiH



<b>Područje rada:</b>		IN 18 - Mjerni uređaji		
<b>Podpodručje rada:</b>		IN 18.4 - Mjerila mase		
<b>Opis:</b>				
Broj	Predmet inspekcije	Obim inspekcije	Faza inspekcije	Metode / Procedure
	vage za punjenje		- Vanredna inspekcija	br.26/18) - OIML R-61-1:2004
M005	Automatske vage za osovinsko opterećenje	do 60 t	- Redovna inspekcija - Vanredna inspekcija	- Pravilnik o mjeriteljskim uslovima za automatske vage (Sl.Glasnik BiH br.26/18) - OIML R-134-1:2006 - OIML R-134-2:2009

RB	Lokacija	Područja rada	Metode/Specifikacija
1.	TAS-KOMERC d.o.o. Brčko Inspeksijsko tijelo tip C Plazuljska 18 76100 Brčko	IN.18.4	od M001 do M005 izvode se na terenu



Direktor

mr.sc. Dražan Primorac