

## 1. NAZIV AKREDITIRANOG TIJELA

**ROLVAGA d.o.o.**  
**Inspekcijsko tijelo tip C**  
**Draževići 125**  
**71250 Kiseljak**

## 2. STANDARD

BAS EN ISO/IEC 17020:2013

## 3. PODRUČJE AKREDITACIJE

R.B.	Područje i podpodručje	Opis
1.	IN 18 - Mjerni uređaji IN 18.4 - Mjerila mase	

TABELA – DETALJNO PODRUČJE AKREDITACIJE (klasifikacija prema dokumentu OD 07-40)


Područje rada:		IN 18 - Mjerni uređaji		
Podpodručje rada:		IN 18.4 - Mjerila mase		
Opis:				
Broj	Predmet inspekcije	Obim inspekcije	Faza inspekcije	Dokumenti
M001	Vage sa neautomatskim funkcioniranjem	Klase tačnosti: - (I) do 20 kg - (II) do 600 kg - (III) i (III) do 120 t uz upotrebu zamjenskog tereta  Za vage preko 90 t uz uvjet ponovljivosti $\leq 0,3e$	- Redovna - Izvanredna	Naredba o neautomatskim vagama (Službeni glasnik BiH 47/11)  Pravilnik o neautomatskim vagama ("Sl. Glasnik RS" 37/21)  OIML R 76-1:2006, tč. 8.3.2 i 8.3.3 BAS EN 45501:2015
M002	Automatske vage za pojedinačno mjerenje	do 100 kg	- Redovna - Izvanredna	Pravilnik o mjeriteljskim uslovima za automatske vage (Službeni glasnik BiH Broj 26/18)  Pravilnik o mjernim instrumentima (Službeni Glasnik RS" broj 40/21)  OIML R 51-1:2006
	Automatske gravimetrijske vage za punjenje			Pravilnik o mjeriteljskim uslovima za automatske vage (Službeni glasnik BiH Broj 26/18) OIML R 61-1:2004



<b>Područje rada:</b>		IN 18 - Mjerni uređaji		
<b>Podpodručje rada:</b>		IN 18.4 - Mjerila mase		
<b>Opis:</b>				
Broj	Predmet inspekcije	Obim inspekcije	Faza inspekcije	Dokumenti
M003	Vage za građevinske svrhe	klase tačnosti 1, 2, i 3 - do 23 t	- Redovna - Izvanredna	Pravilnik o metrološkim uslovima za mjerila mase - vage za građevinske svrhe (Službeni list SFRJ br. 19/86)  PR-211( izdanje 2 od 02.06.2017) Ispitivanje i verifikacija vaga za građevinske svrhe.  RU-211.01 ( izdanje 1 od 28.08.2015) Ispitivanje i verifikacija vaga za građevinske svrhe.
M004	Tegovi	klase tačnosti M1 - 1 mg do 500 g - 1 kg do 20 kg	- Redovna - Izvanredna	Pravilnik o metrološkim uslovima za tegove sa nazivnim masama od 1 mg do 50 kg (Službeni list SFRJ 54/88)  OIML R 111-1:2004
		klase tačnosti M2 - 1 mg do 20 kg		

#### 4. LOKACIJE INSPEKCIJSKOG TIJELA

RB	Lokacija	Područje rada	Dokumenti
1.	ROLVAGA Inspeksijsko tijelo Draževići 125, 71250 Kiseljak Tel: 030 870 149 Email: rolvaga@gmail.com	IN 18 Mjerni uređaji IN 18.4 Mjerila mase	M001, M002, M003 i M004
2.	ROLVAGA Inspeksijsko tijelo - PJ1 ROLVAGA Banja Luka Ul. Pave Radana 13, 78000 Banja Luka Tel: - Email: rolvaga@gmail.com	IN 18 Mjerni uređaji IN 18.4 Mjerila mase	M001, M002, M003 i M004


 Direktor  
 mr.sc. Dražan Primorac